

**OFÍCIO Nº 80 /2025-SMAA.**

Lucélia, 23 de maio de 2025.

Ilma. Senhora

Cristiane Galtério Degrande

Diretora de Licitação e Contratos

Assunto: Analise documento Lixo Hospitalar

Venho por meio de este informar que diante ao solicitado, esta secretaria vem informar que a empresa **Ato Solução Ambiental LTDA**, estabelecida Rua Zózimo Guerra, n. 43, Distrito Industrial Valentim Gatti, na cidade de Adamantina/SP, CEP: 17808-222, inscrita no CNPJ sob n.º 07.709.134/0001-25, apresentou documentação pertinente ao processo licitatório. Portanto analisando a documentação encontramos a seguinte inconsistência que deverá se esclarecida pela licitante.

1.4. Habilitação técnica:

- i) *Comprovante do teste de eficiência da validação do sistema de tratamento dos resíduos dos Grupos A e E, contemplando inativação microbiana de Bacillus stearothermophilus, com redução igual ou maior que 4 Log 10 em atendimento a exigência da RDC 222/18 da ANVISA, nos termos da legislação vigente.*

Em análise ao teste de inativação microbiana em sistemas de tratamento térmico sem combustão de resíduos de serviços de saúde contaminados biologicamente os relatórios apresentados de amostra 2411901 e 2411902 da empresa Vita Clean Ambiental Ltda., empresa está que fará o tratamento via Autoclave. A inativação microbiana de nível III, com redução de 4 log¹⁰ na concentração de esporos de Geobacillus stearothermophilus, não foi comprovada em todas as fitas de bioindicadores submetidas ao processo de desinfecção. Não atende assim a norma Técnica CETESB E15.010 (Sistemas de tratamento térmico sem combustão de resíduos de serviços de saúde contaminados biologicamente: Procedimento – 2ª Edição Outubro/ 2011 – edição revisada).

Sem mais, subscrevo o presente com protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Cassiana Lukiantchuki

Secretária do Meio Ambiente e Agricultura



CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
ELP - Divisão Microbiologia Parasitologia
RELATÓRIO DE ENSAIO
Nº CETESB-16877/2024

**DADOS GERAIS**

Nº Amostra: 2411901 OS: 70100001
Programa: VENDA - ANALISE DE LABORATORIO SS: SS-2401869
Emissão do Relatório: 04/07/2024 SSR/Processo: 395860

DADOS DO CLIENTE

Nome: Vita Clean Ambiental Ltda
Endereço: Rua Joaquim Palacio, 158 - Distrito de Lacio - Marília - SP

DADOS DA COLETA

Ponto: Autoclave localizada na Rua Joaquim Palacio, 158 - Distrito de Lacio - Marília/SP
Descrição: Equipamento marca/modelo CISA, número de série 24127
Coletor(es): JOSE AUGUSTO DOMINGUES AREAS
Data/hora da Coleta: 26/06/2024 09:57
Tipo de Coleta: Simples
Matriz: Fita com bioindicador

RESULTADOS

Teste de inativação microbiana em sistemas de tratamento térmico sem combustão de resíduos de serviços de saúde contaminados biologicamente

Dados do Recebimento da Amostra no Laboratório

Condições da amostra: Conforme
Data/hora do recebimento: 27/06/2024 18:00

Período de análise: 26/06/2024 a 04/07/2024

Ensaio

Data do início do ensaio laboratorial: 27/06/2024
Hora do ensaio laboratorial: 18:30
Técnico responsável pelo acompanhamento do teste: Ana Tereza Galvani

Micro-organismos

Bioindicador: *Geobacillus stearothermophilus* ATCC 7953
Concentração inicial: 10⁴ esporos/fita
Nº de fitas submetidas ao tratamento: 2

Condições do teste

Ciclo: 27/06/2024 09:37
Temperatura: 134 °C
Tempo de esterilização: 10 min
Pressão: 299,4 - 397,9 kPa

Fita	Fita 1	Fita 2
Resultado	Presença de crescimento	Ausência de crescimento

Os resultados se referem aos itens amostrados e ensaiados.